

自動体外式除細動器（AED）管理仕様書

1. 保守点検等

指定管理者はAEDの日常点検等を実施する者として点検担当者を配置し、下記のとおり保守点検等を実施すること。なお、点検担当者は複数の者による当番制として差支えない。

点検担当者は特段の資格を必要としないが、AEDの使用に関する講習を受講した者であることが望ましい。

（1）日常点検

AED本体のインジケータのランプの色や表示により、AEDが正常に使用可能な状態であることを日常的に確認すること。なお、この際にインジケータが異常を示していた場合は、必要に応じて、速やかに製造販売業者（保守点検業者）等に連絡し、点検を依頼すること。

（2）消耗品の交換時期の点検

AEDの本体または収納ケース等に、電極パッドやバッテリーなどの交換時期を記載したラベル等を表示することで交換時期を日頃から適切に把握し、交換時期を超過する場合には市に連絡すること。なお、原則として消耗品の交換については年1回、市から指定管理者に指示する。

（3）消耗品等交換時の費用負担

電極パッドやバッテリーの交換及び機器本体の更改に係る経費の負担は下記のとおりとする。

実施内容	交換等の時期	費用負担
電極パッド交換	年1回 使用の都度	市
乾電池交換	必要の都度	指定管理者
バッテリー交換	4年に1回（目安） 使用頻度に応じ交換	市
機器本体の更改	8年に1回	市

2. 使用報告

指定管理者は、AEDを用いた救命活動が行われた際には、その都度、市に報告すること。

3. 設置施設

No.	施設名	AED設置場所	型式 シリアル番号	購入年月	バッテリー交換	本体更新
1	中央体育館	玄関ロビー	AED-3100 53989	R7.7	令和11年度	令和15年度
2	桜井海浜ふれあい広場	クラブハウス	AED-3100 0175033	R2.8	令和6年度	令和10年度
3	市営球場	入口	AED-3100 53990	R7.7	令和11年度	令和15年度
4	桜井スポーツランド	管理棟事務所	AED-3100 0175034	R2.8	令和6年度	令和10年度
5	鹿ノ子プール	プール事務所	AED-3100 0299774	R5.7	令和9年度	令和13年度
6	大新田公園	管理棟玄関	AED-3100 0299775	R5.7	令和9年度	令和13年度
7	富田海浜プール	プール事務所(仮設)	AED-3100 53991	R7.8	令和11年度	令和15年度
8	御厩プール	プール事務所(仮設)	AED-3100 53993	R7.7	令和11年度	令和15年度
9	朝倉B&G海洋センター (プール)	玄関ロビー	AED-3100 0175035	R2.6	令和6年度	令和10年度
10	玉川総合公園運動場 多目的体育館	多目的体育館事務所前	AED-3100 0260885	R4.7	令和8年度	令和12年度
11	玉川総合公園運動場 多目的体育館	多目的体育館事務所内	AED-3100 0175036	R2.8	令和10年度	令和10年度
12	玉川総合公園多目的体育館 多目的広場	多目的体育館事務所内	AED-3100 53994	H29.7	令和7年度	令和7年度
13	波方公園体育館	体育館玄関ホール (屋内)	AED-3100 0299770	R5.7	令和9年度	令和13年度
14	波方公園運動場野球場	野球場バックスタンド玄関(屋 内)	AED-3100 0175042	R2.7	令和6年度	令和10年度
15	波方公園運動場プール	プール事務所	AED-3100 53995	R7.8	令和11年度	令和15年度
16	波方公園運動場武道館	玄関ホール壁面(屋内)	AED-3100 53999	R7.8	令和11年度	令和15年度
17	波方公園運動場庭球場	夜間照明操作盤下 (屋外)	AED-3100 53996	R7.8	令和11年度	令和15年度
18	大西体育館	エントランスホール	AED-3100 0260882	R4.7	令和8年度	令和12年度
19	菊間緑の広場公園運動場 総合体育館	事務所窓口	AED-3100 0260884	R4.8	令和8年度	令和12年度
20	菊間緑の広場公園運動場 総合体育館	事務所窓口	AED-3100 54025	R7.8	令和11年度	令和15年度
21	菊間コミュニティーホール	入口	AED-3100 0260886	R4.8	令和8年度	令和12年度