

## 仕 様 書

案件番号	2		
見積書提出期限	質疑書提出期限	同等品選定期限	地域要件
令和4年5月13日 午後3時	令和4年5月9日 正午	令和4年5月9日	市内業者

### 案件名 純水製造装置

品 名	純水製造装置		
数 量 単 位	1台		
規 格 等	採水純水：イオン交換水・蒸留水 採水方式：イオン交換→蒸留→濾過 最終濾過：0.1 $\mu$ m（メンブレンフィルタ）以上 蒸留水タンク：20L以上 漏水検知方法：漏水時漏水検知センサにより給水電磁弁強制遮断		
付 属 品 等	給水ホース約 2m、接続ホースアセンブリ、缶石洗浄剤、前処理カートリッジ、イオン交換樹脂カートリッジ、メンブレンフィルタ		
納 入 場 所	今治下水浄化センター（今治市天保山町4丁目6番2号）		
納 入 期 限	令和4年8月31日		
納 入 及 び 設 置 方 法	納品のみで設置費を含む （設置場所：今治市下水道管理事務所2階 理化学試験室内）		
撤 去 及 び 処 分 方 法	撤去、処分なし		
環 境 配 慮 に 関 する 条 件	—		
参 考 物 品	本 体	ヤマト科学(株) オートスチルWG205（フィルター付き）	
	付 属 品 等	なし	
同 等 品 の 可 否	可		不可
添 付 資 料	—		

説明会	要		不要			
特記事項	なし					
要求課	部課	上下水道部 下水道工務課 下水道管理事務所	担当者	渡部 純也	連絡先	0898-23-5616

【注意事項】

- 1 上記参考物品以外の同等品を選定する場合には、同等品選定期限までに同等品承認申請書と、選定する同等品に規格や詳細がわかるカタログ等を要求課まで提出し、承認を受けてから見積ること。
- 2 上記に記載している仕様（納入、組立、設置、検収及び撤去等）に掛かる費用を含めること。
- 3 落札業者は、納入日等について要求担当課と打ち合わせのうえ納入すること。
- 4 参加を希望する案件について質疑がある場合には、仕様書に記載の質疑書提出期限までに契約課まで、案件番号と案件名を明記したうえで質疑書を提出すること。（提出方法はFAX又は電子メールで受け付けます。）
- 5 参加を希望する案件の見積書を見積書提出期限までに市役所庁舎第2別館8階契約課まで書留郵便又は持参により提出すること。