

仕 様 書

案件番号	8		
見積書提出期限	質疑書提出期限	同等品選定期限	地域要件
令和8年4月24日 午後3時	令和8年4月20日 正午	令和8年4月17日	市内業者

案件名 全自動高圧蒸気滅菌器

品 名	全自動高圧蒸気滅菌器		
数 量 単 位	1台 (岡村小学校1台)		
規 格 等	<p>医療機器クラス：クラスII (特定保守管理医療機器)</p> <p>滅菌温度：最高135℃以上 (任意設定可能のこと)</p> <p>滅菌時間：135℃/3分 (標準)、115℃/30分 (標準) で使用できること</p> <p>チャンバー寸法：直径233mm×奥行360mm (入口直径217mm) 以上であること</p> <p>連続運転対応、再乾燥キー付であること</p> <p>安全装置：過熱防止バイメタル、過熱防止サーミスタ、圧力安全弁、扉インターロック、漏電ブレーカー、電力ヒューズ</p> <p>騒音レベル：50db以下</p>		
付 属 品 等	バスケット 270L W190×D270×H110 (BX000443-0)		
納 入 場 所	今治市の指定する場所 (岡村小学校)		
納 入 期 限	令和8年8月31日 (月)		
納 入 及 び 設 置 方 法	上記納入場所へ配達 組立及び設置費を含む		
撤 去 及 び 処 分 方 法	なし		
環 境 配 慮 に 関 する 条 件	なし		
参 考 物 品	本 体	YS-A-C108	
	付 属 品 等	バスケット 270L W190×D270×H110 (BX000443-0)	
同 等 品 の 可 否	可		不可

添付資料	-					
説明会	要			不要		
特記事項	特になし					
要求課	部課	学校教育課	担当者	井村	連絡先	0898-36-1601

【注意事項】

- 1 上記参考物品以外の同等品を選定する場合には、同等品選定期限までに同等品承認申請書と、選定する同等品に規格や詳細がわかるカタログ等を要求課まで提出し、承認を受けてから見積ること。
- 2 上記に記載している仕様（納入、組立、設置、検収及び撤去等）に掛かる費用を含めること。
- 3 落札業者は、納入日等について要求担当課と打ち合わせのうえ納入すること。
- 4 参加を希望する案件について質疑がある場合には、仕様書に記載の質疑書提出期限までに契約課まで、案件番号と案件名を明記したうえで質疑書を提出すること。（提出方法はFAX又は電子メールで受け付けます。）
- 5 参加を希望する案件の見積書を見積書提出期限までに市役所庁舎第2別館7階契約課まで書留郵便又は持参により提出すること。

R7・8年度入札参加資格申請（入力表B）に物品希望業種として、上記物品が含まれていること。

但し、含まれていない場合においては、見積書提出期限までに「建設工事及び物品購入等入札参加資格審査申請書変更届」を提出することにより、参加は可能とする。

なお、物品希望業種に記載ないまま提出した見積書は無効とする。